

Исх.№ 495 от «04» 12. 2020 г.

в ООО «СИМС-2»

**Отзыв о результатах испытаний
анализатора паров этанола ДИНГО Е-200**

В период с сентября по ноябрь 2020 г. в ГБУЗ КО НДКО, проводились испытания анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе модели Динго Е-200 с принтером.

Динго Е-200 зарегистрирован как медицинское изделия и имеет сертификат средства измерения. Предназначен для использования в профессиональной деятельности, связанной с диагностикой состояния алкогольного опьянения и определением степени его тяжести с возможностью вывода результата измерения как на внешний портативный принтер, так и на компьютер.

Динго Е-200 использовался для проведения медицинского освидетельствования, было проведено более 500 тестов в разных режимах и в широком диапазоне измеряемых концентраций. Результаты проведенных испытаний позволяют сделать вывод о высокой точности и быстродействии анализатора. Прибор очень прост в использовании: управляется одной кнопкой, что особенно важно для исключения ошибок при использовании алкотестера персоналом.

Хочу отметить широкий функционал:

- Интуитивно понятный прибор с меню на русском языке.
- Проводить тест можно не только через мундштук, но и через многоразовую воронку в режиме предварительного теста.
- имеется подключение к компьютеру по USB-кабелю и возможность делать продувание с ПК, вести видеофиксацию процесса продувания и журнал.

Прибор Динго Е-200 полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым к подобному оборудованию, и может быть рекомендован для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, для

